

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO

1 – OBJETO:

1.1 – Este documento tem por objetivo definir e especificar os materiais e equipamentos odontológicos para atender a demanda das Clínicas Odontológicas do Sesc/ES.

2- CARACTERÍSTICAS:

2.1 - As características básicas para o fornecimento são as que seguem:

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	008.001.1832 - PEÇA DE MÃO RETA DE USO ODONTOLOGICO COMPATÍVEL COM O MICROMOTOR, AUTOCLAVAVEL, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR. MARCA: DABI ATLANTE, KAVO, ANTOGYR.	5 UND.
2	008.001.1924 - VIBRADOR PARA AMÁLGAMA E IONÔMERO EM CAPSULA HASTE BATEDORA DE DUPLA VELOCIDADE. MÉDIA DE 4.200 OCILAÇÕES POR MINUTO E NA ALTA 5.000 OCILAÇÕES POR MINUTOS. COM SISTEMA DE AMORTECEDOR PARA ESTABILIDADE E BAIXO RUIDO DE FUNCIONAMENTO. BIVOLT (127/220 VOLTS). TAMPA PROTETORA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA A ABERTURA ACIDENTAL DA TAMP. PAINEL, PROGRAMAÇÃO DIGITAL. COM BIPS DE ADVERTÊNCIA. COM MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DOCUMENTO PARA GARANTIA. MARCA: DABI ATLANTI, GNATUS, VIBRAMATI, SHUSTER.	4 UND.
3	008.001.1925 - AUTOCLAVE DE 21 LITROS DE USO ODONTOLOGICO. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL. CÂMARA INTERNA DE AÇO INOXIDAVEL. COM NO MINIMO 15 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. POTÊNCIA DE 1600 WATTS, 50/60 HZ. CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS. .PRESSÃO MINIMA\MAXIMA: 0 A 4 KGF/CM² . SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA. COM PROGRAMA UNICO DE ESTERELIZAÇÃO. COM 03 BANDEJAS EM ALUMINIO ANONIZADO, COM ESPAÇO PARA A 4ª BANDEJA.. TEMPERATURA MÁXIMA: 125 °C DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNA DA CAMARA: 25,0 X 46,5 CM E EXTERNA: 39,5 X 38 X 61,0 CM. COM REGISTRO NO M.S., ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO NO CREA. . EQUIPAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA NBR-11817. MARCA: CRISTÓFOLI, GNATUS, SERCON.	6 UND.
4	008.001.0791 - MICRO MOTOR DE USO ODONTOLOGICO COMPATIVEL COM O CONTRA ANGULO E PEÇA RETA. EM ALUMINIO ANONIZADO, AUTOCLAVÁVEL. DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTAÇÃO MAXIMA DE 18.000 RPM MARCA: DABI ATLANTI. DEVIDO A MARCA DO CONTRA ANGULO E EQUIPO SEREM TAMBÉM DA MARCA DABI ATLANTI.	15 UND.

5	008.001.1821 - LOCALIZADOR APICAL PARA ENDODONTIA PARA FINS ODONTOLOGICOS. PAINEL FRONTAL CRISTAL LIQUIDO RESISTENTE AO CHOQUE, AVISO SONORO, ENTRADA PARA CONEÇÃO DE CABO DE MEDIÇÃO, COM GARRA PARA LIMA E GANCHO LABIAL. DIMENSÕES: 0.16 X 0.16 X 0.16. SEM VARIAÇÃO DE COR. DISPLAY DE LED. VARIAÇÃO DE PROFUNDIDADE: 2.0, 1.5, 1.0, 0.75, 0.5, 0.0, FO (FORRAMEN OVER). O LOCALIZADOR VEM ACOMPANHADO DE 01 SUPORTE, 02 BATERIAS ALCALINA AA DE 1,5V, 01 CABO DE MEDIÇÃO, 02 CABOS COM GANCHO, 05 CLIPS LABIAIS, 01 TOUCH PROBE, 01 MANUAL DO USUÁRIO E 0 CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA: NOV APEX/ROMIDAN, PRPOPEX II/DENTSPLAY. FINEPEX/SHUSTER.	3 UND.
6	008.001.1820 - MOTOR ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA SEM PEDAL, PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA, SEMI - AUTOMATICA OU MANUAL, VELOCIDADE: DE 120 RPM A 800 RPM. TORQUE: ENTRE 0,6 E 5,2 N. BATERIA: NÍQUEL METAL HIDRETO (NIMH). NÚMERO DE PROGRAMAS AJUSTÁVEIS: 09. VISOR: EM LCD. VOLTAGEM: 110 VOLTS. O MOTOR VEM ACOMPANHADO DE 01 PEÇA DE MÃO DE 92 GRAMAS COM CABO E CONECTOR. 01 CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 16:1 E 01 BASE PARA A PEÇA DE MÃO. MARCA: XSMART PLUS/DENTSPLAY, ENDO SL/EASY, ENDODUOS/GNATUS	3 UND.
7	008.001.1823 - SELADORA HOSPITALAR DE 400,0 MM MODELO BARRA QUENTE, ACIONAMENTO POR PEDAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SISTEMA DE SELAGEM COM BARRAMENTO SUPERIOR REVESTIDO COM TEFLON PROTEGIDO COM INOX. , ESTRUTURA DE AÇO, EM CANTONEIRA DE 24,0 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COR CINZA, MESA DE APOIO REGULAVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, COM TEMPERATURAS REGULÁVEIS, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, LUZ DE LED. BIVOLT, CORRENTE DE 2,5/2,4, 031/0,52KW/H, COMPRIMENTO DA SELAGEM(SOLDA) DE 400,0MM, LARGURA 10,0MM, DIMENSÕES DA MÁQUINA : 940,0MM X 320,0 M, DIMENSÕES DO PEDAL: 300,0MM X 120,0 MM. CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE 24:0 HORAS/DIA, GARANTIA DE 12 MESES, MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCA: R. BAIÃO, ISAMAQ, BARBI.	4 UND.
8	008.001.1901 - VIBRADOR DE GESSO ODONTOLOGICO VOLTAGEM: BIVOLT, 60 HZ, 220V, 50HZ, POTÊNCIA: 40 WATT, DIMENSÃO: LARGURA: 15CM , COMPRIMENTO: 18CM / ALTURA: 12CM. CARENAGEM INJETADA EM PP DE ALTO IMPACTO, COM CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE À PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, ALCALINOS E DETERGENTES. MESA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 110V/220V, LUZ PILOTO, INDICATIVA DE FUNCIONAMENTO . VENTOSAS PARA FIXAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS. DOIS ESTÁGIOS DE VIBRAÇÃO, ALTA E BAIXA. DIÂMETRO ÚTIL DA BANDEJA DE NO MÍNIMO 18,0 MM. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 12 MESES. MARCA: BIOTRON, PROTECNI, VH/GOLD LINE.	3 UND.

LOTE 2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	008.001.0778 - ALGINATO DE PRESA RÁPIDA ELÁSTICO, LIVRE DE POEIRA, ESTABILIDADE DE NO DESEMPENHO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, ESTABILIDADE PÓS INFECÇÃO, ESTABILIDADE DE ESTOCAGEM. RECUPERAÇÃO ELÁSTICA DE 98%, DEFORMAÇÃO PERMANETE DE 13%, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 1.2 MPA. . PACOTE COM 453G. MARCA: HYDROGUN/ZHERMACK FIVE, COLTENE, 3M.	4 PTC.

2	008.001.1838 - DISCO FLEXIVEL DE LIXA DE 12,0 MM DE USO ODONTOLOGICO, CAIXA CONTENDO 56 DISCO DE 04 GRANULAÇÕES (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRA-FINA), 01 MANDRIL COM SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, E INSTRUÇÕES PARA O PROFISSIONAL. MARCA: 3 M, KEER, DFL, FGM.	1 CX.
3	008.001.0325 - CABO EM AÇO INOXIDAVEL, UNIVERSAL, PARA ESPELHO Nº 5 DE USO ODONTOLOGICO. MARCA: DUFLEX/SS WHITE, GOLGRAN/MILLENUM, HU-FRIEDY.	5 UND.
4	008.001.0805 - LIMA MANUAL K-FILE DE 21 MM - Nº 10 SEÇÃO TRANSVERSAL DE FORMA QUADRANGULAR, COM PONTA ATIVADA, EM AÇO INOXIDAVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETROPOLIDA, CLASSIFICAÇÃO AISI-302. CONFECCIONADA POR TORÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE LAUDO DO FABRICANTE. CABO PLÁSTICO EM POLIAMIDA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE LOTE E REGISTRO ANVISA CAIXA EM POLIESTIRENO COM 06 UNIDADES. MARCA: DENTSPLY/MAILLEFER, CC CORD, C-PILOT/VDW.	5 CX.
5	008.001.0266 - SOLVENTE DE GUTAPERCHA, A BASE DE ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO VIDRO COM 10 ML. MARCA; BIODINÂMICA, VILLEVIE, MAQUIRA, SEPTODONT.	1 VD.
6	008.001.1411 - REEMBAZADOR PROVISÓRIO ROSA DE USO ODONTOLOGICO KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PÓ DE 40G, 01 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40 ML, 01 FRASCO DE GLAZE DE 8 ML, 01 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO, 01 COPO MEDIDOR PARA PÓ E 01 MANUAL DE EXPLICAÇÃO. MARCA: DENCRIL, T D V, G C, VOCO.	1 KIT.

3 – DEMAIS CONDIÇÕES:

3.1 - **Local de entrega:** Centro de Atividades de Vitória do Sesc/ES, sito à Praça Misael Pena, nº 54, Parque Moscoso - Vitória-ES. CEP: 29.018-300.

3.2 - **Prazo de entrega:** até 15 (quinze) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF);

3.3 - **Condição de Pagamento:** até 10 dias úteis após entrega e aceite definitivo dos materiais.

3.4 - O Sesc/ES reserva-se o direito de rejeitar produtos de qualidade inferior e de procedência duvidosa, podendo aplicar as penalidades cabíveis previstas no presente edital.

3.5 - Serão aceitas nesta licitação apenas as marcas homologadas pela área requisitante que estão especificadas em cada item do lote.

3.6 - As licitantes, até a data e horário limite para recebimento das propostas, obrigatoriamente também deverão encaminhar, por meio da opção "enviar documento anexo" do sistema de pregão do Banco do Brasil, sua proposta com preços unitários, referente a cada lote/item, em formato RTF, PDF ou ZIP.

3.7 - O mesmo percentual de redução que se verificar entre o preço inicial da proposta apresentada e o preço final da arrematação será aplicado indistintamente em cada item do lote componente da proposta enviada em arquivo RTF, PDF ou ZIP por meio da opção "enviar documento anexo" (subitem 5.1.2 do Edital).